

# 業 務 仕 様 書

本契約の業務内容については、次のとおり行うものとする。

## 1 業務名称

令和7年度における大阪急性期・総合医療センターの  
消化器内科領域上部消化管スコープ等の保守点検業務

## 2 履行期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

## 3 対象機種 エンドケアプラン①

	使用診療科	設置場所	製品型番	製品カテゴリ	BodyNo	納入年月日	経年数
1	消化器内科	内視鏡室	GIF-XP290N	検査系スコープ	2300247	平成25年2月27日	13年目
2	消化器内科	内視鏡室	GIF-XP290N	検査系スコープ	2502933	平成25年2月27日	13年目
3	消化器内科	内視鏡室	GIF-H290Z	検査系スコープ	2833592	平成30年3月30日	8年目
4	消化器内科	内視鏡室	GIF-H290Z	検査系スコープ	2934658	令和1年6月10日	6年目
5	消化器内科	内視鏡室	TJF-Q290V	診断治療系スコープ	2010670	令和2年8月4日	5年目
6	消化器内科	内視鏡室	TJF-Q290V	診断治療系スコープ	2900257	令和1年7月4日	6年目
7	消化器内科	内視鏡室	TJF-Q290V	診断治療系スコープ	2900360	令和1年7月4日	6年目
8	消化器内科	内視鏡室	GIF-H290T	診断治療系スコープ	2900260	令和1年8月27日	6年目
9	消化器内科	内視鏡室	GIF-H290T	診断治療系スコープ	2900264	令和1年8月27日	6年目
10	消化器内科	内視鏡室	GIF-1200N	検査系スコープ	2001037	令和2年8月4日	5年目
11	消化器内科	内視鏡室	PCF-H290TI	診断治療系スコープ	2100718	令和3年9月27日	4年目
12	消化器内科	内視鏡室	CV-1500	プロセッサ・光源	7135270	令和3年9月27日	4年目
13	消化器内科	内視鏡室	CV-1500	プロセッサ・光源	7135276	令和3年9月27日	4年目
14	消化器内科	内視鏡室	CF-XZ1200I	診断治療系スコープ	2100419	令和3年9月27日	4年目
15	消化器内科	内視鏡室	CF-XZ1200I	診断治療系スコープ	2100420	令和3年9月27日	4年目
16	消化器内科	内視鏡室	GIF-XZ1200	診断治療系スコープ	2100899	令和3年9月27日	4年目
17	消化器内科	内視鏡室	GIF-XZ1200	診断治療系スコープ	2100901	令和3年9月27日	4年目
18	消化器内科	内視鏡室	CV-1500	プロセッサ・光源	7353617	令和6年3月19日	2年目
19	消化器内科	内視鏡室	GIF-1200N	検査系スコープ	2308229	令和6年3月19日	2年目
20	消化器内科	内視鏡室	GIF-XZ1200	診断治療系スコープ	2402839	令和6年3月19日	2年目

21	消化器内科	内視鏡室	GIF-XZ1200	診断治療系スコープ	2402840	令和6年3月19日	2年目
22	消化器内科	内視鏡室	GIF-XZ1200	診断治療系スコープ	2402895	令和6年3月26日	2年目

#### 4 実施内容

##### (1) 定期保守点検業務

履行期間中に1回 大阪急性期・総合医療センター（以下「センター」という。）の指定日に定期保守点検を行う。

作業時間 平日 9時00分～17時00分

##### (2) 修理対応業務

機器に異常が生じた場合は、技術員が訪問し有償で対応する。

・電話受付時間

平日 8時45分～18時00分

土曜日 8時45分～15時00分

##### (3) 代替機の貸出業務

故障が発生した際の代替機を無償で貸出しする。

代替機出荷受付時間

平日 8時45分～18時00分

土曜 8時45分～15時00分

#### 5 報告業務

定期保守点検、修理業務の作業前後でセンターに報告すること。

作業完了後は、速やかに報告書の提出を行う。

#### 6 その他

保守内容詳細については、落札者決定後、協議するものとする。

各機器のリモートメンテナンスは禁止とする。ただし、発注者の情報企画室と協議し、許可を得た場合はこの限りではない。

業務仕様書にない事項に関しては、別途協議することとする。

# 業 務 仕 様 書

本契約の業務内容については、次のとおり行うものとする。

## 1 業務名称

令和7年度における大阪急性期・総合医療センターの  
消化器内科領域上部消化管スコープ等の保守点検業務

## 2 履行期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

## 3 対象機種 エンドケアプラン②

	使用診療科	設置場所	製品番号	製品カテゴリ	BodyNo	納入年月日	経年数
1	消化器内科	内視鏡室	GF-UCT260	特殊スコープ	1210407	平成25年2月27日	13年目
2	消化器内科	内視鏡室	GF-UCT260	特殊スコープ	7620434	平成29年1月27日	9年目

## 4 実施内容

### (1) 修理対応業務

機器に異常が生じた場合は、技術員が訪問し無償で対応する。

・電話受付時間

平日 8時45分～18時00分

土曜日 8時45分～15時00分

### (2) 代替機の貸出業務

故障が発生した際の代替機を無償で貸出しする。

代替機出荷受付時間

平日 8時45分～18時00分

土曜 8時45分～15時00分

## 5 報告業務

定期保守点検、修理業務の作業前後でセンターに報告すること。

作業完了後は、速やかに報告書の提出を行う。

## 6 その他

保守内容詳細については、落札者決定後、協議するものとする。

各機器のリモートメンテナンスは禁止とする。ただし、発注者の情報企画室と協議し、許可を得た場合はこの限りではない。

業務仕様書にない事項に関しては、別途協議することとする。