

業 務 仕 様 書

1 業務名称

令和7年度から令和11年度までにおける大阪急性期・総合医療センターの血管造影X線装置、磁気共鳴診断装置他保守点検業務

2 履行場所

大阪市住吉区万代東三丁目1番56号

大阪急性期・総合医療センター 手術室内、MRI室3

3 履行期間

令和7年9月1日から令和11年8月31日まで

4 対象機種

- ① 血管造影X線装置(Azurion 7 B20/15) 1台
・平成31年3月導入 1式
- ② 磁気共鳴診断装置 (Ingenia Elition X) 1台
・平成31年3月導入 1式
- ③ 造影剤注入装置 (ソニックショット7) 1台
・平成31年3月導入 1式
- ④ 造影剤注入装置 (PRESS PRO GEO-150) 1台
・平成31年3月導入 1式

5 実施内容

(1) 定期保守点検

- ① 受託者は、発注者の指定する日に技術員を派遣し、保守点検を行う。
- ② 点検実施回数は① 血管造影X線装置、② 磁気共鳴診断装置は年2回（契約期間中合計8回）、③④ 造影剤注入装置は年1回（契約期間中合計4回）とし、実施日は発注者と受託者の協議の上定める。
- ③ 作業時間は、各装置（5）保守点検詳細の点検対応時間通りとする。

(2) 緊急点検修理

- ① 受託者は定期保守点検とは別に、発注者の要請によりその都度、技術員の派遣等の対応を行う。
- ② 電話対応及び修理対応は、24時間365日とする。
- ③ 緊急点検修理に係る費用は、本契約に含まれるものとする。

(3) 交換部品

消耗品以外の交換、修理部品は、すべて本契約に含まれるものとする。

(4) その他

- ① 誤った使用に起因する故障及び損傷の修復は本契約の対象外とする。
- ② 受託者の技術者以外による改造、または修理に起因する損傷の修復は本契約の対象外とする。
- ③ 天災等の不可抗力に起因する損傷は本契約の対象外とする。

(5) 保守点検詳細

①血管造影X線装置(Azurion 7 B20/15)

以下の項目については本契約に含まれるものとする

フラットディテクタ（正面/側面）
X線管球（正面/側面）
標準部品（消耗品除く）
修理用作業費（出張費含む）
点検用作業費（出張費含む）
リモートサポート作業費
既存機能に対する技術変更
テクニカルフォンサポート
パーツ配送時間優先
テクニカルリモートサービス
修理対応時間 365 日/24 時間
点検対応時間 365 日/24 時間
アクセサリ類
オンサイトアプリケーションサポート
リモートアプリケーションサポート

②磁気共鳴診断装置（Ingenia Elition X）

以下の項目については本契約に含まれるものとする

センス・dSコイル
標準部品（消耗部品除く）
修理用作業費（出張費含む）
点検用作業費（出張費含む）
リモートサポート作業費
既存機能に対する技術変更
テクニカルフォンサポート
パーツ配送時間優先

テクニカルリモートサービス

修理対応時間 365 日/24 時間

点検対応時間 月・金（祝祭日除く）/9：00～17：30

アクセサリ類

チャットサポート

マグネットメンテナンス

インテリスペースポータル ISPiX

オンサイトアプリケーションサポート

リモートアプリケーションサポート

③ 造影剤注入装置（ソニックショット7）

以下の項目については本契約に含まれるものとする

標準部品（消耗品除く）

修理用作業費（出張費含む）

点検用作業費（出張費含む）

電話による修理サポート費

修理対応時間 原則、月曜日から土曜日/9：00～17：30

点検対応時間 原則、月曜日から金曜日/9：00～17：30

アクセサリ類

④ 造影剤注入装置（PRESS PRO GEO-150）

以下の項目については本契約に含まれるものとする

標準部品（消耗品除く）

修理用作業費（出張費含む）

点検用作業費（出張費含む）

電話による修理サポート費

修理対応時間 原則、月曜日から土曜日/9：00～17：30

点検対応時間 原則、月曜日から金曜日/9：00～17：30

アクセサリ類

6 報告業務

受託者は、定期保守点検及び緊急点検修理を実施した時は、完了後速やかに発注者に対し報告書を提出し、発注者の検査を受けること。

7 作業環境の保持

発注者は、受託者が保守業務を遂行できるように、以下の条件を常に保証する。

- ① 受託者の作業員が装置の設置場所に立ち入り、発注者の業務に支障の無い程度で作業が実施できること。
- ② 定期点検など計画作業について予め発注者及び受託者の間でその予定を定めた場合、その時間帯に装置が使用されていないこと。
- ③ 通常の保守作業に必要な電源等は発注者の負担において提供すること。
- ④ 作業中に発注者の確認が必要な場合、速やかに受託者の要請に応じること。

8 その他

本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者との協議の上、定めることとする。